

兰州大学草地农业科技学院实验室安全

工作简报

2022 年第 4 期（总第 10 期）

草地农业科技学院实验室安全工作小组 2022 年 5 月 10 日

2022 年 4 月 29 日，为切实做好实验室安全工作，实验室安全工作小组成员古丽君、黄文丽、张祖欣、马宝宏对碧野楼、逸夫生物楼四楼、岫云楼三楼、校医院四楼的各实验室安全进行了检查。本次安全检查主要针对 4 月 13 日的重点是：1. 易制毒药品的贮藏管理；2. 通风橱线路是否老化，橱柜内存放物品是否规范；3. 压力容器是否配有特种设备作业人员证；4. 废液的存储是否规范等。存在问题的实验室要求限期整改。

一、主要存在隐患和共性问题

1. 通风橱的贮藏柜中存放易燃物品或化学试剂；
2. 高压灭菌锅未办理特种设备作业人员证；
3. 废液桶未按要求置于托盘上；
4. 插线板直接置于试验台或地面，未悬挂固定。

三、实验室问题清单

实验室房号	责任人	问题	建议整改措施	限期整改完成时间	复查结果
碧野楼205f	冯彦丽 贺金生	气瓶未标注流向	加贴流向标签	5月8日	已整改
碧野楼301	方龙发 刘文献	易制毒药品管理不规范	建议双人双锁按照规定严格管理	5月8日	已整改
碧野楼415楼	侯扶江 常生华	通风橱排风管道腐蚀严重	建议更换或者加固密封管道	5月20日	未完成
碧野楼406楼	侯扶江 常生华	烘箱上放置烘箱	建议将烘箱合理放置	5月10日	已整改
碧野楼505	王静 吴淑娟	烘箱间距过小	建议调整烘箱位置,合理布局	5月15日	未完成
碧野楼601	沈禹颖 杨倩	通风橱插头老旧	建议更换插头	5月13日	未完成
碧野楼601	沈禹颖 杨倩	通风橱内放置易燃物	建议及时清理易燃物	5月8日	已整改
碧野楼601	沈禹颖 杨倩	插板未固定	建议插板悬挂固定	5月8日	已整改
碧野楼801	张吉宇 谢文刚	高压灭菌锅插座与插头功率不匹配	建议更换功率更高的转换插座	5月13日	未完成
碧野楼802	韩云华	插板未固定	建议插板悬挂固定	5月8日	已整改
碧野楼802	韩云华	废液桶托盘不匹配	建议放置匹配的托盘	5月8日	已整改
碧野楼807	韩云华	试剂未贴标签	建议规范试剂瓶标签	5月8日	已整改
碧野楼807	韩云华	通风橱内放置易燃物	建议及时清理易燃物	5月8日	已整改